

**GISCoR**

gruppo italiano screening coloretale

**XII CONGRESSO  
NAZIONALE 2017**

7-8 Novembre 2017

**CORSO PRE-CONGRESSO**

7 Novembre 2017

# **GISCor e Federfarma :un impegno comune per la salute**

**Dott. Marco Cavarocchi  
Vicepresidente Federfarma  
Mantova**



Sollecito, 05/10/2017 10.37  
Centro: Farmacia MANTOVA

56  
PID: 39475  
Round: 4

Salva Stampa Annulla Elimina

Data compilazione:

Compilatore:

Peso (kg)

Altezza (m)

BMI (Kg/m<sup>2</sup>)  ed è

**Abitualmente fa attività fisica? - indicare il N° di ore a settimana**

leggera (es. una passeggiata a piedi di almeno 1 km)  n.d.  No  Si

fino al punto di sudare un po' (es. corsa, passeggiate in bicicletta, giardinaggio)  n.d.  No  Si

che richiede allenamenti intensivi (es. palestra, piscina)  n.d.  No  Si

**Lei Attualmente Fuma?**

n.d.  No, non ho mai fumato  No, ma ho fumato in passato  Sì (indicare quante sigarette in media fuma al giorno)

In futuro ha intenzione di smettere di fumare?  n.d.  No  Sì

Ha l'abitudine di fare la prima colazione?  n.d.  No  Sì

Quante volte alla settimana consuma pesce?

Quante volte alla settimana consuma salumi?

Quante volte alla settimana consuma carne?

Quanta frutta e/o verdura mangia mediamente al giorno? Indicare il numero di porzioni giornaliere complessive (frutta + verdura)

**Con quale frequenza consuma**

	<input checked="" type="radio"/> n.d.	<input type="radio"/> Tutti i giorni	<input type="radio"/> 1-3 volte settimana	<input type="radio"/> Raramente	<input type="radio"/> Mai
Vino?	<input checked="" type="radio"/> n.d.	<input type="radio"/> Tutti i giorni	<input type="radio"/> 1-3 volte settimana	<input type="radio"/> Raramente	<input type="radio"/> Mai
Birra?	<input checked="" type="radio"/> n.d.	<input type="radio"/> Tutti i giorni	<input type="radio"/> 1-3 volte settimana	<input type="radio"/> Raramente	<input type="radio"/> Mai
Bibite Gassate?	<input checked="" type="radio"/> n.d.	<input type="radio"/> Tutti i giorni	<input type="radio"/> 1-3 volte settimana	<input type="radio"/> Raramente	<input type="radio"/> Mai
Superalcolici?	<input checked="" type="radio"/> n.d.	<input type="radio"/> Tutti i giorni	<input type="radio"/> 1-3 volte settimana	<input type="radio"/> Raramente	<input type="radio"/> Mai

Quale è il suo attuale stato civile?

Quale è il suo titolo di studio conseguito?

Quale è la sua condizione lavorativa attuale?

E' disponibile ad essere contattato telefonicamente da operatori dell'ATS Val Padana per un'indagine più approfondita sul suo stile di vita?  n.d.  No  Sì

Telefono 1:

Telefono 2:

Note

# La FMECA (acronimo dell'inglese (Failure Mode and Effects Analysis), EFFETTUAZIONE DI UNA FMECA PER LO SCREENING COLON RETTO

**MACROATTIVITA' 4** (note di contesto: Processo identico per i due territori considerati)

Microattività	Resp. Microatt.	Possibili errori	Cause identificate	Effetti/ conseguenze	Azioni migliorative	G	F	R	IPR
Il cittadino consegna i campioni di feci in farmacia	Farmacia	Mancato rispetto del tempo massimo previsto tra il campionamento e la consegna in farmacia della provetta risulta scaduta	Non sufficiente spiegazione da parte del farmacista che consegna la provetta	Non affidabilità dell'esito dell'esame	Migliorare la comunicazione tra farmacista e utenti dello screening, mettere sempre la data di riempimento di materiale sulla provetta/ foglio per un controllo da parte del farmacista eo del laboratorio; Mancato ritiro della provetta da parte del farmacista se si accorge delle anomalie	10	1	5	50
		Ritardo nella consegna della provetta da parte del cittadino (la provetta inutilizzata resta a casa del cittadino e all'atto del campionamento	Errore umano per trascuratezza			10	1	5	50

**MACROATTIVITA' 5** (note di contesto: Processo identico per i due territori considerati)

Microattività	Resp. Microatt.	Possibili errori	Cause identificate	Effetti/conseguenze	Azioni migliorative	G	F	R	IPR
In farmacia passano regolarmente vettori che trasportano le provette ai laboratori	Vettori di trasporto	Perdita di provette durante il trasporto	Mancata allocazione specifica durante il trasporto delle provette	Mancato invio dell'esito dello screening all'utente	Tracciabilità in ogni momento delle provette (farmacia, vettori, laboratorio). Per CR tale attività sarà implementata in analogia a Mn	2	1	10	20

**RAPPORTO DI AUDIT INTERNO**  
**UNI CEI EN ISO/IEC 17025**  
**UNI EN ISO 15189**  
Mod LSP 04.04 rev 02

<i>Processo sottoposto ad audit:</i>	FASE PREANALITICA SANGUE OCCULTO FECALE PRESSO FARMACIA DR. CAVAROCCHI MARCARIA (MN)
<i>Obiettivi del audit</i>	Verifica dell'applicazione delle prescrizioni contenute nel materiale informativo fornito alle farmacie dai servizi del DPM dell'ATS della Val Padana – sede territoriale di Mantova
<i>Gruppo di audit</i>	Team leader: dott.ssa Cristina Franchini
<i>Criteri (Doc, Norme e leggi, MQ, Proc. IdL,...)</i>	Informazioni del Kit commerciale, di FEDERFARMA Mantova e dell'ATS della Val Padana – sede territoriale di Mantova
<i>Unità organizzative coinvolte</i>	Farmacia del Dr. Marco Cavarocchi
<i>Personale coinvolto</i>	Personale della farmacia: Dr. Marco Cavarocchi Personale del LSP: TEC ALTRO Mariarosa Solazzi
<i>Tempi necessari</i>	1.30 ore
<b>LISTA DI RISCONTRO</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gestione dell'accettazione di un paziente e utilizzo di software dedicato</li><li>2. Gestione della riconsegna del campione</li><li>3. Conservazione del campione e del dispositivo di prelievo</li><li>4. Gestione del trasporto del campione</li><li>5. Gestione dell'apparecchiatura di refrigerazione: manutenzione, modalità di controllo delle temperature</li></ol>	



### RISULTANZE DELLA VERIFICA

1. Verificata l'accettazione di un paziente, attraverso l'utilizzo del software dedicato Dedalus, a cui la farmacia accede con l'attribuzione di password da parte dell'ATS. Il paziente si presenta con la lettera di invito recapitata dall'ATS; il personale della farmacia entra nel programma e con il lettore ottico incrocia il codice a barre presente sulla lettera con quello apposto sul dispositivo di prelievo, controlla che i dati anagrafici presenti nel programma corrispondano a quelli del paziente e che siano completi; integra eventualmente i dati mancanti e richiede un recapito telefonico che inserisce nel programma. Consegna quindi il kit di prelievo scrivendo sul contenitore nome, cognome e data di nascita del soggetto; inoltre, come rinforzo, sottolinea alcune informazioni importanti peraltro già contenute nel foglietto illustrativo del kit. Chiede anche che il paziente indichi sulla provetta la data della raccolta.
1. Verificata la riconsegna del campione: il personale della farmacia accetta il campione e lo colloca nel frigorifero in uno spazio dedicato
1. Verificata la conservazione del campione che avviene in un frigorifero a temperatura controllata. Verificata la conservazione del dispositivo di prelievo che viene effettuata a temperatura ambiente. La farmacia esegue e registra su apposito modulo il controllo giornaliero della temperatura ambiente che non deve superare i 25°C. I locali della farmacia sono dotati di impianto di condizionamento
1. Verificata la fase iniziale del trasporto: il vettore passa dalla farmacia più volte al giorno e ritira i campioni di sangue occulto raccolti. Il trasporto avviene a temperatura controllata e in triplice contenitore
1. Verificato frigorifero per la conservazione dei campioni: è un frigorifero Frimed Latecnomedica allarmato e provvisto di chiave usb per lo scarico dei dati di temperatura. E' composto da due vani separati e due motori. Nel vano superiore la temperatura prevista è compresa tra 2-8°C; nel vano inferiore la temperatura prevista è compresa tra 8-14°C. All'interno di ogni vano è collocato un termometro di massima e di minima per la registrazione manuale delle temperature che vengono trascritte giornalmente su apposito modulo.  
Verificata l'effettuazione della manutenzione/pulizia ordinarie

Numero di NC: 0

Numero di osservazioni: 0

**Conclusioni: il processo verificato è sotto controllo e segue le prescrizioni definite**

DATA	Resp. Gruppo verifica	RAQ	Resp. Processo
29/04/2016	Dott.ssa Cristina Franchini	Dott.ssa Cristina Franchini	Dr. Marco Cavarocchi