# ANALISI DEGLI ESITI DI SETTE ANNI DI VEQ PER IL SANGUE OCCULTO FECALE

E. Grassi; F. Speziani; E. Bresciani Laboratorio Sanità Pubblica ASL Brescia

elena.grassi@aslbrescia.it




## VALUTAZIONE ESTERNA DELLA QUALITA'

- I programmi VEQ intendono verificare che i risultati ottenuti siano conformi alle aspettative della qualità richieste per la cura o prevenzione del paziente.
- L'accuratezza dei risultati del Sangue Occulto nelle feci ha un forte impatto sulla gestione degli utenti che aderiscono allo Screening del carcinoma colorettale
- La valutazione ed il monitoraggio delle prestazioni del Laboratorio è uno strumento importante per evidenziare gli errori e garantire la sicurezza dell'utente




- Dal 2008 al 2014 sono stati eseguiti n°6 campioni/anno
- La frequenza dei dosaggi è di circa
  60 gg e copre un periodo di 12 mesi
- Gli elaborati restituiti entro 20 gg indicano:
- Media mediana e CV%
- Deviazione Standard(sd)
- Scarto in sd(diffS)
- Scarto%(diff%)
- Il limite di accettabilità (diff% massimo) è stabilito al 14%





	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	1,49	12,48	6,26	15,05	-1,84	-10,96	-2,15
2	5,69	0	-2,12	6,28	0	-2,1	-1,84
3	12,39	10,13	0	0	13,57	0	0
4	-1,81	17,48	4,45	6,31	1,3	-5,85	-2,61
5	7,19	-11,26	6,5	10,86	11,28	10,83	-0,66
6	18,87	-0,45	-4,5	10,03	7,25	3,66	-3,09
MEDIA	7,91	8,63	3,97	8,09	5,87	5,57	1,73







#### RISULTATI

I risultati evidenziano che solo due campioni non rientrano nel limite di accettabilità stabilito e che vi è un generale miglioramento delle prestazioni analitiche a dimostrazione che il puntuale monitoraggio delle informazioni fornite nei rapporti VEQ è un elemento strategico nella gestione della qualità globale

